68U400 Étalonneur d'angle d'électrode

Cet étalonneur permet de corriger la position d’une électrode dans n’importe quel angle de manière rapide et précise en chirurgie stéréotaxique. Il permet de coordonner la position des directions horizontale et verticale. L’angle peut être sélectionné et déplacé dans la position correcte de la coordonnée horizontale, et le manipulateur, qui a été placé dans le bras à queue d’aronde, peut déplacer l’extrémité de l’électrode vers les coordonnées ciblées dans la direction verticale.

La glissière horizontale est dotée de graduations d’une précision de 0,1 mm et son point zéro est corrélé à celui des barres d’oreille. Lorsque la glissière horizontale est réglée sur zéro, la barre coulissante horizontale et verticale est fixée en position zéro.

Cet étalonneur s’utilise uniquement avec les instruments stéréotaxiques de la série 68U000.