68U397 Calibrateur de Niveau

Le calibrateur 68U397 se réfère à lcode2utf('39',0)atlas international du cerveau des rats et prend le bregma crânio-facial et le lamba comme points de référence. La distance entre B(0) et L(0) est dcode2utf('39',0)environ 7,67 mm. Lorsque le crâne de lcode2utf('39',0)animal est à lcode2utf('39',0)horizontale, ces deux points doivent être au même niveau. Lorsqucode2utf('39',0)il est fixé au manipulateur X-Z de lcode2utf('39',0)instrument stéréotaxique et qucode2utf('39',0)il descend, lcode2utf('39',0)extrémité de B(0) et de L(0) doit toucher le crâne en même temps. Dans le cas contraire, lcode2utf('39',0)adaptateur doit être ajusté pour répondre aux exigences.