



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Appareil de chauffage Unité de contrôle 01/CU-01



### Unité de contrôle 01

Les appareils de chauffage UNO a spécialement conçus pour l'usage avec de petits animaux de laboratoire tels que souris et rats pendant l'anesthésie.

Le unité de contrôle 01 est respectivement 1 douille de connexion pour l'un des éléments chauffants présentés ci-dessous et/ou pour une sonde de température. Les réglages de température de l'unité de contrôle varient de 28 °C à 42 °C. Les éléments chauffants connectés chauffent jusqu'à ce que la température réglée sur l'unité de contrôle soit atteinte. Une fois la température de consigne atteinte, l'unité de contrôle maintient cette température.

### Numéro de commande

Bestelnummer	
180000123	Unité de contrôle 01
180000028	Plateau chauffant / 34,5 x 23 cm
180000128	Plateau chauffant / 18,5 x 11 cm
180000027	Unité de chauffage en U
180000029	Unité de chauffage à extension caudale
180000066	Sonde de température
180000026	Temperatuursond - rat



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)